



PROPOSTA DE ESCOPO PARA CALIBRAÇÃO – ANEXO A

Norma de Origem: NIT-DICLA-005

Folha: 1 / 1

LABORATÓRIO	ANEXO	
Bortoto Sistemas de Pesagens e Comércio de Balanças LTDA.	<input checked="" type="checkbox"/> à SOLICITAÇÃO DE ACREDITAÇÃO	<input type="checkbox"/> ao RAV : PARA USO DA DICLA

CALIBRAÇÕES

GRUPO DE SERVIÇO:	FINALIDADE (Utilizar folhas separadas para cada caso)				
MASSA	<input checked="" type="checkbox"/> ACREDITAÇÃO	<input type="checkbox"/> EXTENSÃO	<input type="checkbox"/> ATUALIZAÇÃO	<input type="checkbox"/> REDUÇÃO	<input type="checkbox"/> SUSPENSÃO

LOCAL DE REALIZAÇÃO (Utilizar folhas separadas para cada caso):

INSTALAÇÕES PERMANENTES

INSTALAÇÕES MÓVEIS

INSTALAÇÕES DE CLIENTES

CÓDIGO E SERVIÇO (Ver NIT-DICLA-012)	FAIXA	CAPACIDADE DE MEDIÇÃO E CALIBRAÇÃO (CMC)	NORMA E/OU PROCEDIMENTO (Somente preencher para solicitação de acreditação)
2071 – BALANÇA	1mg até 50 g	0,06 mg até 0,17 mg	PR-5.4.2 Calibração de Balanças
2071 – BALANÇA	> 50 g até 220 g	0,17 mg até 0,53 mg	PR-5.4.2 Calibração de Balanças
2071 – BALANÇA	> 220g até 6000g	0,00053 g até 0,09 g	PR-5.4.2 Calibração de Balanças
2071 – BALANÇA	> 6 kg até 20 kg	0,09 g até 1,2 g	PR-5.4.2 Calibração de Balanças
2071 – BALANÇA	> 20 kg até 100 kg	0,0012 kg até 0,006 kg	PR-5.4.2 Calibração de Balanças
2071 – BALANÇA	> 100 kg até 300 kg	0,006 kg até 0,03 kg	PR-5.4.2 Calibração de Balanças
2071 – BALANÇA	> 300 kg até 500 kg	0,03 kg até 0,045 kg	PR-5.4.2 Calibração de Balanças
2071 – BALANÇA	> 500 kg até 1000 kg	0,045 kg até 0,07 kg	PR-5.4.2 Calibração de Balanças
2071 – BALANÇA	> 1000 kg até 5000 kg	0,07 kg até 0,50 kg	PR-5.4.2 Calibração de Balanças
2071 – BALANÇA	> 5000 kg até 10000 kg	0,50 kg até 0,85 kg	PR-5.4.2 Calibração de Balanças
2071 – BALANÇA	> 10000 kg até 20000 kg	0,85 kg até 2,0 kg	PR-5.4.2 Calibração de Balanças

A CMC identificada por um asterisco (*) não inclui todas as contribuições oriundas do instrumento ou padrão calibrado ou do dispositivo medido.

SIGNATÁRIOS AUTORIZADOS A APROVAR CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO

Renan Bortoto
Cairu Bortoto